



Proc. Administrativo 149/2022



De: **Sheila Zehnpfennig** Setor: **SAUD - OUV.COMP - Ouvidoria e Compras**

Despacho: **29- 149/2022**

Para: **ADM - LIC - Licitação**

Assunto: **Aquisição de equipamentos e material permanente através de recurso de Emenda Parlamentar-Proposta Nº 12226.645000/1210-08 para o Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga**

Jacupiranga/SP, 29 de Setembro de 2022

Em resposta ao questionamento

Consideramos que, para um melhor atendimento quanto maior o tempo (horas) referente ao intervalo, de repetição em modo automático da pressão não invasiva, melhor.

Entregando um atendimento qualificado e eficaz do acompanhamento e da monitorização dos pacientes críticos, otimizando, ainda, o tempo do profissional da saúde.

Segue os Modelos de monitores que atendem ao descritivo:

GE OMINI 612 Anvisa 80071260346 - de 1 a 480 min

Nihon Kohden Vênus BSM 3000 Anvisa 80914690921 - de 1 a 480 minutos

Alfamed vita 500 A/E, 1100 - Anvisa 80629370013 - de 1 a 480 min.

Prolife C10/c100/c120 - 10394530056 - de 1 a 480 min.

E outros mais, constantes inclusive na internet.

No que tange este certame, e por tudo isso descrito, está salvo guardado o princípio da isonomia e igualdade na concorrência, e serão considerados aceitos, apenas o solicitado ou até mesmo superior A "Intervalos de medida automática de 01 minuto a no mínimo 240 minutos", neste Termo de Referência.

—
Sheila Zehnpfennig
Escrituraria (Ouvidora Sus)

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 29/09/2022 11:35:50 por Denis da Silva Pinto - Chefe da Seção de Licitações e Contratos

“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - *Dalai Lama*

